

全自動化学発光酵素免疫測定装置

AIA-CL2400

製造販売届出番号 13B3X90002000018

NEW

モノテスト方式 & 凍結乾燥技術

+

化学発光検出法

||

AIA-CLシステム誕生。



AIA-パックCL[®] 試薬



- ▶ 新たな化学発光基質DIFURAT[®]
使用による高感度測定と検体量低減
- ▶ 最大240テスト/時、結果報告時間15分
- ▶ 2ステップ法採用による測定レンジの
拡大と共存物質の影響低減
- ▶ 共通試薬の自動調製、校正試薬、
検体希釈試薬の凍結乾燥カップ化実現

…より迅速に、より精度良く、より簡単に
モノテスト試薬が新たな“かたち”に…



東ソー株式会社
バイオサイエンス事業部

東京本社営業部 ☎(03)5427-5181 〒105-8623 東京都港区芝3-8-2
大阪支店 バイオサイエンスG ☎(06)6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9
名古屋支店 バイオサイエンスG ☎(052)211-5730 〒460-0008 名古屋市中区栄1-2-7
福岡支店 ☎(092)781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2
仙台支店 ☎(022)266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1
山口営業所 ☎(0834)63-9888 〒746-0015 山口県周南市清水1-6-1
カスタマーサポートセンター ☎(0467)76-5384 〒252-1123 神奈川県横浜市早川2743-1
ホームページ <http://www.diagnostics.jp.tosohbioscience.com/>